

检测报告

No.委检(毒)2024-017

检测类别	委托检测	样品编号	YP2024-0060
样品名称	自吸过滤式防毒面具	型号规格	TW11C
送检单位	株式会社 重松制作所	送检人	仇永吉
联系地址	日本东京都北区西原 1-26-1		
联系电话	+81-3-6903-7528	邮政编码	114-0024
样品制造商	株式会社 重松制作所	样品生产日期	2023 年 11 月
样品制造商地址	日本东京都北区西原 1-26-1		
样品收到日期	2024 年 02 月 02 日	样品数量	13 个面罩 (配过滤件)
样品状态描述	样品完好。		
样品照片			
检测项目	面罩一般要求、面罩高低温适应性、面罩可燃性、面罩呼气阀保护装置、面罩呼气阀气密性、面罩泄漏率、面罩死腔、面罩呼吸阻力、面罩与过滤件结合强度、面罩头带。		
产品标准	GB 2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》 半面罩		
测试方法标准	GB 2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》 GB 2626-2019《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》		
检测日期	2024 年 02 月 02 日至 2024 年 03 月 01 日		
检测结论	送检样品经检测，所检项目符合 GB 2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》的要求。详见本报告检测结果汇总页。  签发日期：2024 年 03 月 08 日		
备注	/		
批准：唐一鸣 职务：副站长	唐一鸣	审核：蒋瑞靓	蒋瑞靓
		主检：唐秋萍	唐秋萍