

お客様 各位

2007年 8月 8日

製造元 **エアウォーター防災株式会社**
総発売元 **株式会社 重松製作所**

「空気呼吸器ライフゼム A1 面体のお詫びとお願い」結果報告

拝啓 盛夏の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げますとともに毎々格別のご高配を賜り、ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、2007年 7月12日付け当社ウェブサイトに掲載の「空気呼吸器ライフゼム A1 面体のお詫びとお願い」につきまして、その後の調査結果を報告させていただきます。

この度、空気呼吸器ライフゼム A1 用面体をお持ちのお客様を、当社の営業担当者が訪問させていただきました。

今回の対象品（2007年 1月 9日から 7月 9日までの出荷品）全数調査が終了し、その結果、不具合品は当初発見された2個のみであったことがわかりました。

お客様には、大変ご迷惑をお掛けしまして誠に申し訳ございませんでした。
また、ご協力をいただきまして、ありがとうございました。

今後は、このようなことのないよう、更に品質の向上に努めますので、今後とも当社製品をご愛顧くださいますよう、お願い申し上げます。

敬具